

Quảng Trị, ngày 10 tháng 6 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 18 – Nghị định 214/2025/NĐ-CP cho gói thầu: mua sắm hoá chất, vật tư xét nghiệm ký sinh trùng kỹ thuật Elisa năm 2026-2028 (24 tháng) của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị
- Địa chỉ: 266 Hùng Vương, Phường Nam Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Trần Hữu Tuân, chức vụ: Phụ trách phòng VT-TBYT số điện thoại: 0901.990.789, email: phongvattutbytbvqt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp qua đường công văn.
- Địa chỉ nhận: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, 266 Hùng Vương, Phường Nam Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

Gửi kèm file báo giá bản pdf và excel về địa chỉ email: phongvattutbytbvqt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ ngày 11 tháng 6 năm 2026 đến trước 16h00 ngày 21 tháng 6 năm 2026.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Danh mục hàng hóa: phụ lục I.

2. Mẫu bảng báo giá: phụ lục II.

3. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2026.

4. Địa điểm giao hàng: Tầng 2, khu nhà A- Phòng Vật tư -TBYT - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

5. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 5-7 ngày sau khi nhận được dự trù, thực hiện trong 24 tháng.

6. Công ty cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

7. Các yêu cầu khác: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp đính kèm tài liệu chứng minh đáp ứng các yêu cầu của bệnh viện nêu trong danh mục và gửi kèm các tài liệu liên quan (nếu có).

Lưu ý: Tài liệu chứng minh việc đáp ứng các thông số kỹ thuật của Bệnh viện phải được đánh số thứ tự tương ứng theo Phụ lục I – Yêu cầu báo giá, đồng thời highlight (tô đậm hoặc đánh dấu) các thông số kỹ thuật đáp ứng (nếu có). Trường hợp không có tài liệu chứng minh việc đáp ứng thông số kỹ thuật theo yêu cầu của Bệnh viện, báo giá sẽ được xem là không đáp ứng.

Nếu trúng thầu theo quy định tại khoản a, Điều 55 của Luật Đấu thầu số: 22/2023/QH15 nhà thầu có trách nhiệm cung cấp máy kèm theo. Thời hạn đặt máy > 1 năm hoặc cho đến khi sử dụng hết số lượng trúng thầu.

Đề nghị các đơn vị/nhà cung cấp quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm báo giá hàng hóa theo yêu cầu nêu trên.

Yêu cầu báo giá được đăng tải trên website của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị <https://benhvienquangtri.vn/> và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- TCKT;
- Lưu: VT, VT-TBYT, 01.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trương Vĩnh Quý

Phụ lục I**DANH MỤC MUA SẮM HOÁ CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM KỸ SINH TRÙNG KỸ THUẬT ELISA NĂM 2026-2028 (24 THÁNG) CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ***(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 10/6/2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh)*

STT	Tên hàng hoá	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật (nếu có)	Số lượng
1	Bộ xét nghiệm kỹ sinh trùng kỹ thuật ELISA			
1.1	Bộ xét nghiệm định tính amip kỹ thuật ELISA	Test	- Xuất xứ: G7 - Thành phần có chứa: Test strips; Conjugate; Positive Control, surrogate positive control; Negative Control; Chromogen TMB, tetramethylbenzidine (TMB); Wash Concentrate; Dilution Buffer; Stop Solution, acid phosphoric. - Độ nhạy: 100% - Độ đặc hiệu: 100% - Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.	960
1.2	Bộ xét nghiệm định tính sán lá gan lớn IgG kỹ thuật ELISA	Test	- Xuất xứ: G7 - Thành phần có chứa: Test Strips: Microwells containing Fasciola antigens; Enzyme Conjugate; Positive Control, surrogate positive control; Negative Control; Chromogen, tetramethylbenzidine (TMB); Wash Concentrate; Dilution Buffer; Stop Solution, acid phosphoric. - Độ nhạy: 100% - Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.	2.496
1.3	Bộ xét nghiệm định tính sán lá phổi IgG kỹ thuật ELISA	Test	- Xuất xứ: G7 - Thành phần có chứa: Test strips: Microwells containing Paragonimus antigens; Enzyme Conjugate; Positive Control, surrogate positive; Negative Control; Chromogen, tetramethylbenzidine (TMB); Wash Concentrate; Dilution Buffer; Stop Solution, acid phosphoric. - Độ nhạy: $\geq 95\%$ - Độ đặc hiệu: 100% - Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.	576
1.4	Bộ xét nghiệm định tính sán lá phổi IgM kỹ thuật ELISA	Test	- Xuất xứ: G7 - Thành phần có chứa: Test strips: Microwells containing Paragonimus antigens; Enzyme Conjugate, anti-human IgM (u chain specific); Positive Control, surrogate marker; Negative Control; Chromogen, tetramethylbenzidine (TMB); Wash Concentrate; Dilution Buffer; Stop Solution, acid phosphoric. - Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.	384
1.5	Bộ xét nghiệm định tính sán dải chó IgG kỹ thuật ELISA	Test	- Xuất xứ: G7 - Thành phần có chứa: Test strips: Microwells containing Echinococcus antigens; Enzyme Conjugate; Positive Control, surrogate positive control; Negative Control; Chromogen, tetramethylbenzidine (TMB); Wash Concentrate; Dilution Buffer; Stop Solution, acid phosphoric. - Độ nhạy: $\geq 97,9\%$ - Độ đặc hiệu: $\geq 91,7\%$ - Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.	1.824

STT	Tên hàng hoá	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật (nếu có)	Số lượng
1.6	Bộ xét nghiệm định tính sản dải chó IgM kỹ thuật ELISA	Test	- Xuất xứ: G7 - Thành phần có chứa: Test strips: Microwells containing Echinococcus antigens; Enzyme Conjugate, anti-human IgM (μ chain specific); Positive Control, surrogate positive control; Negative Control; Chromogen, tetramethylbenzidine (TMB); Wash Concentrate; Dilution Buffer, RF Absorbent; Stop Solution, acid phosphoric. - Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.	672
1.7	Bộ xét nghiệm định tính giun xoắn IgG kỹ thuật ELISA	Test	- Xuất xứ: G7 - Thành phần có chứa: Test Strips: Microwells containing Trichinella ES antigens; Enzyme Conjugate; Positive Control, surrogate positive control; Negative Control; Chromogen, tetramethylbenzidine (TMB); Wash Concentrate; Dilution Buffer; Stop Solution, acid phosphoric. - Độ nhạy: 100% - Độ đặc hiệu: 100% - Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.	576
1.8	Bộ xét nghiệm định tính sản máng IgG kỹ thuật ELISA	Test	- Xuất xứ: G7 - Thành phần có chứa: Test strips: Microwells containing Schistosoma SEA antigens; Enzyme Conjugate; Positive Control, surrogate positive; Negative Control; Chromogen, tetramethylbenzidine (TMB); Wash Concentrate; Dilution Buffer; Stop Solution, acid phosphoric. - Độ nhạy: 100% - Độ đặc hiệu: $\geq 85\%$ - Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.	864
1.9	Bộ xét nghiệm định tính sản dải heo IgM kỹ thuật ELISA	Test	- Xuất xứ: G7 - Thành phần có chứa: Test Strips: Microwells containing Cysticercosis (T. solium) crude antigens; Enzyme Conjugate, anti-human IgM (μ chain specific); Positive Control, surrogate positive control; Negative Control; Chromogen, tetramethylbenzidine (TMB); Wash Concentrate; Dilution Buffer, RF Absorbent; Stop Solution, acid phosphoric. - Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.	384
1.10	Bộ xét nghiệm định tính sản dải heo IgG kỹ thuật ELISA	Test	- Xuất xứ: G7 - Thành phần có chứa: Test Strips: Microwells containing T. solium antigens ; Enzyme Conjugate; Positive Control, surrogate positive control; Negative Control; Chromogen, tetramethylbenzidine (TMB); Wash Concentrate; Dilution Buffer; Stop Solution, acid phosphoric. - Độ nhạy: $\geq 87\%$; Độ đặc hiệu: $\geq 96\%$ - Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.	1.152
1.11	Bộ xét nghiệm định tính giun phổi chuột IgG kỹ thuật ELISA	Test	- Xuất xứ: G7 - Thành phần có chứa: Test Strips: Microwells containing Angiostrongylus antigens; Enzyme Conjugate; Positive Control, surrogate positive; Negative Control; Chromogen, tetramethylbenzidine (TMB); Wash Concentrate; Dilution Buffer; Stop Solution, acid phosphoric. - Độ nhạy: 100% - Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.	480

STT	Tên hàng hoá	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật (nếu có)	Số lượng
1.12	Bộ xét nghiệm định tính giun đũa IgG kỹ thuật ELISA	Test	- Xuất xứ: G7 - Thành phần có chứa: Test Strips: Microwells containing Ascaris antigens; Enzyme Conjugate; Positive Control, surrogate control; Negative Control; Chromogen, tetramethylbenzidine (TMB); Wash Concentrate; Dilution Buffer; Stop Solution, acid phosphoric. - Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.	480
1.13	Bộ xét nghiệm định tính giun đũa IgM kỹ thuật ELISA	Test	- Xuất xứ: G7 - Thành phần có chứa: Test strips: Microwells containing Ascaris antigens; Enzyme Conjugate, anti-human IgM (μ chain specific); Positive Control, surrogate positive control; Negative Control; Chromogen, tetramethylbenzidine (TMB); Wash Concentrate; Dilution Buffer; Stop Solution, acid phosphoric; RF Absorbent - Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.	384
1.14	Bộ xét nghiệm định tính giun đầu gai kỹ thuật ELISA	Test	- Xuất xứ: G7 - Thành phần có chứa: Test Strips: Microwells containing Gnathostoma recombinant antigens; Enzyme Conjugate; Positive Control, surrogate positive control; Negative Control; Chromogen, tetramethylbenzidine (TMB); Wash Concentrate; Dilution Buffer; Stop Solution, acid phosphoric. - Độ nhạy: $\geq 93\%$ - Độ đặc hiệu: 100% - Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.	672
1.15	Bộ xét nghiệm định tính giun lươn kỹ thuật ELISA	Test	- Xuất xứ: G7 - Thành phần có chứa: Test strips: Microwells containing Strongyloides L3 antigens; Enzyme Conjugate; Positive Control, surrogate positive control; Negative Control; Chromogen, tetramethylbenzidine (TMB); Wash Concentrate; Dilution Buffer; Stop Solution, acid phosphoric. - Độ nhạy: 100% - Độ đặc hiệu: 100% - Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.	1.920
1.16	Bộ xét nghiệm định tính giun đũa chó/mèo kỹ thuật ELISA	Test	- Xuất xứ: G7 - Thành phần có chứa: Test strips: Microwells containing Toxocara Excretory antigens; Enzyme Conjugate; Positive Control, surrogate positive control; Negative Control; Chromogen, tetramethylbenzidine (TMB); Wash Concentrate; Dilution Buffer; Stop Solution, acid phosphoric. - Độ nhạy: $\geq 87.5\%$ - Độ đặc hiệu: $\geq 93.3\%$ - Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.	3.264
1.17	Bộ xét nghiệm định tính sán lá gan nhỏ kỹ thuật ELISA	Test	- Xuất xứ: G7 - Thành phần có chứa: Test Strips: Microwells containing Clonorchis SEP antigens; Enzyme Conjugate; Positive Control, surrogate control; Negative Control; Chromogen, tetramethylbenzidine (TMB); Wash Concentrate; Dilution Buffer; Stop Solution, acid phosphoric. - Độ nhạy: 100% - Độ đặc hiệu: $\geq 92\%$ - Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động	2.016

STT	Tên hàng hoá	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật (nếu có)	Số lượng
1.18	Probe clean concentrate	ml	- Xuất xứ G7 - Dung dịch đậm đặc dùng để rửa và/hoặc khử nhiễm, phosphate-free và không chứa enzymes, EDTA/NTA hoặc chlorine. - Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động	240
1.19	Sample tube	Cái	- Xuất xứ G7 - Để chiết Enzym - Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động	12.000
1.20	White bottle	Cái	- Xuất xứ G7 - Dùng để chứa dung dịch Sample Diluent và Stop Solution - Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động	12
1.21	Brown bottle	Cái	- Xuất xứ G7 - Dùng để chứa TMB - Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động	12
1.22	Insert	Cái	- Xuất xứ G7 - Dùng để chiết chúng CO - Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động	12
1.23	Dilution caps	Cái	- Xuất xứ G7 - Dùng để pha loãng - Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động	16.000

1 phần (lô), 23 mặt hàng

Phụ lục II
MẪU BẢNG BÁO GIÁ HÀNG HOÁ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)

Công ty:.....
Địa chỉ :.....
Điện thoại :.....
Mã số thuế:.....

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

BÁO GIÁ

TT	STT tại Yêu cầu báo giá	Tên hàng hóa mời báo giá	Tên thương mại	Mã hàng/ký mã hiệu	Yêu cầu kỹ thuật (nếu có)	Đơn vị tính	Quy cách	Hãng và nước sản xuất	Giấy chứng nhận chất lượng	Pháp lý sản phẩm (số ĐKXH/ phiếu công bố/ TKHQ,..)	Số lượng	Đơn giá (VNĐ) đã gồm VAT	Thành tiền (VNĐ)	Công ty báo giá
1														
2														
3														
Tổng số khoản:.....														

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày, kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2026

Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển.

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(Ký tên và đóng dấu)