

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu cho gói Dịch vụ sửa chữa máy siêu âm tổng quát – Model: LOGIQ P7– Hãng sản xuất: GE với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà – tỉnh Quảng Trị.
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Hoàng Quốc Hùng– Phòng Vật Tư-TBYT SĐT: 0914.231.821
 - Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua Email: phongvattutbytbvqt@gmail.com
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 26 tháng 3 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 05 tháng 4 năm 2026.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 05/4/2026

Lưu ý: Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà –tỉnh Quảng Trị.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục dịch vụ

2. Danh mục yêu cầu báo giá

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
1	Sửa chữa máy siêu âm tổng quát (01 máy) - Model: LOGIQ P7 - Hãng sản xuất: GE	Tình trạng hư hỏng: Máy khởi động không lên nguồn, không vào được chương trình. - Yêu cầu thay thế hoặc sửa chữa các bộ phận sau: + Sửa chữa board mạch giao tiếp I/O + Cân chỉnh tín hiệu trên bo mạch chủ + Khắc phục phần cứng liên quan tới kết nối + Sửa chữa board mạch nguồn AC/DC	01	Lần

2. Địa điểm cung cấp, vận chuyển : Mô tả cụ thể tại Bảng 1

Bảng 1

STT	Địa điểm vận chuyển	Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp
1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà – tỉnh Quảng Trị	- Vận chuyển tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. - Đảm bảo sau khi sửa chữa, cân chỉnh cài đặt máy hoạt động bình thường, đáp ứng thông số kỹ thuật và yêu cầu chuyên môn.

3. Dịch vụ kèm theo: Thay thế hoặc sửa chữa các linh kiện trên, cân chỉnh, bảo hành.

4. Các thông tin khác:

- Thiết bị sau khi sửa chữa hoạt động ổn định đảm bảo các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.
- Bảo hành: ≥ 06 Tháng
- Để đảm bảo việc thanh toán không bị trở ngại. Yêu cầu đơn vị báo giá cung cấp đầy đủ các thông tin sau: tên đơn vị/cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, tên chủ tài khoản và số tài khoản ngân hàng,... trong báo giá.
- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
- Yêu cầu báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (<https://quangtrihospital.vn/>) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn/>).

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VTTB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Vĩnh Quý