

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm Máy đo huyết áp tự động với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà – tỉnh Quảng Trị.
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Hoàng Quốc Hùng– Phòng Vật Tư-TBYT SĐT: 0914.231.821
 - Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua Email: phongvattutbytbvqt@gmail.com
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 24 tháng 02 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 06 tháng 03 năm 2026.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 06/03/2026

Lưu ý: Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà –tỉnh Quảng Trị.

- Báo giá đầy đủ tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin khác liên quan đến hàng hoá chào giá, cung cấp kèm Catalog hoặc tài liệu thông số kỹ thuật của hàng hoá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục yêu cầu báo giá

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy đo huyết áp tự động	1. Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2025 trở về sau 2. Cấu hình bao gồm: - Máy chính: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Giấy in: ≥ 01 cuộn - Tấm kê tay: ≥ 01 cái - Bộ chuyển đổi nguồn AC: 01 bộ - Tài liệu HDSD tiếng Anh + tiếng Việt: ≥ 01 bộ 3. Yêu cầu tính năng:	03	Cái

		- Dữ liệu có thể truyền trực tiếp khi kết nối đến một thiết bị đầu cuối (phương thức kết nối LAN hoặc LAN không dây hoặc USB...) 4. Thông số kỹ thuật: - Chức năng đo huyết áp không xâm lấn - Phương pháp đo: Phương pháp đo dao động - Phạm vi đo: 0 đến 299 mmHg - Phạm vi đo nhịp tim: 40 đến ≥ 180 nhịp/phút - Độ chính xác: Huyết áp: $\leq \pm 3$ mmHg, nhịp tim: $\leq \pm 5\%$ giá trị hiển thị - Bơm phồng: tự động - Khoảng đo chu vi bắp tay: ≤ 17 đến ≥ 42cm - Màn hình hiển thị Kỹ thuật số - Điện thế đầu vào: 220VAC/50Hz - Cấp bảo vệ: cấp II - Máy đo được cả 2 tay - In kết quả tự động sau khi đo - Bao bọc vòng bít có thể tháo ra để vệ sinh		
--	--	--	--	--

2. Địa điểm cung cấp, vận chuyển : Mô tả cụ thể tại Bảng 1

Bảng 1

STT	Địa điểm vận chuyển	Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo hành
1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà – tỉnh Quảng Trị	- Vận chuyển cung cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. - Bảo hành: ≥ 12 tháng

2. Các thông tin khác:

- Để đảm bảo việc thanh toán không bị trở ngại. Yêu cầu đơn vị báo giá cung cấp đầy đủ các thông tin sau: tên đơn vị/cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, tên chủ tài khoản và số tài khoản ngân hàng,... trong báo giá.
- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
- Yêu cầu báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (<https://quangtrihospital.vn/>) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn/>).

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VTTB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Vĩnh Quý

